



# ЦИФРОВЫЕ МИНИ-ШТАНГЕНВЫСОТОМЕРЫ

ВЫВОД  
ДАННЫХ

держатель тестового индикатора  
циферблатного типа (опция)



1154-150



- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл./выкл., ноль, мм/дюйм
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Метчик с твердосплавным наконечником
- С точной регулировкой
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Батарея CR2032, вывод данных
- Дополнительная принадлежность: вывод данных (беспроводной: код **7315-21**, необходим приемник сигнала; проводной: код **7302-21**), держатель циферблатного контрольного индикатора (код **7151-CL1**)



Код	Диапазон	Точность
1154-150	0-150 мм/0-6"	±0.03 мм